

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441900014-2025-00147**

采购项目编号：**441900014-2025-00147**

项目名称：东莞市横沥医院医疗设备采购项目

采购人：东莞市横沥医院

采购代理机构：广东政通招标有限公司

第一章 投标邀请

广东政通招标有限公司受东莞市横沥医院的委托，采用公开招标方式组织采购东莞市横沥医院医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：东莞市横沥医院医疗设备采购项目
采购计划编号：441900014-2025-00147
采购项目编号：441900014-2025-00147
采购方式：公开招标
预算金额：1,083,010.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(等离子双极电切电凝系统):
采购包预算金额：197,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他医疗设备	等离子双极电切电凝系统	1(项)	详见第二章	197,000.00	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包2(手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器):
采购包预算金额：227,600.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
2-1	其他医疗设备	手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器	1(项)	详见第二章	227,600.00	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包3(心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪):
采购包预算金额：205,800.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
3-1	其他医疗设备	心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪	1(项)	详见第二章	205,800.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包4(转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪):

采购包预算金额：227,110.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
4-1	其他医疗设备	转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪	1(项)	详见第二章	227,110.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

采购包5(床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床):

采购包预算金额：225,500.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
5-1	其他医疗设备	床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床	1(项)	详见第二章	225,500.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 投标(响应)文件中提供《资格条件承诺函》, 可参考公告附件格式。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力: 投标(响应)文件中提供《资格条件承诺函》, 可参考公告附件格式。

5) 参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录: (采购包3) 参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 投标(响应)文件中提供《资格条件承诺函》, 可参考公告附件格式。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022)3号文, “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的, 从其规定)(采购包1, 采购包2, 采购包4, 采购包5) 投标(响应)文件中提供《资格条件承诺函》, 可参考公告附件格式。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022)3号文, “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的, 从其规定)

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1(等离子双极电切电凝系统): 本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包2(手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器): 本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包3(心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪): 本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包4(转运平车、防辐射用具(一)、防辐射用具(二)、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪): 本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包5(床头柜、儿童病床、医用病床(血透专用)、妇检床、人流室手术床): 本采购包不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1(等离子双极电切电凝系统):

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价) 函相关承诺要求内容。

3) ①投标人为经营企业的, 从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》(具备相应经营范围)。②投标人为生产厂商的, 从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商, 应取得《医疗器械生产许可证》(具备相应生产范围)。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的, 则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

采购包2(手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器):

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价) 函相关承诺要求内容。

3)④投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

采购包3（心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)④投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

采购包4（转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)④投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

采购包5（床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)④投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以

下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其投标资格将被视为无效)。

售价: 免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间: 详见招标公告及其变更公告(如有)

(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

地点: 详见招标公告及其变更公告(如有)

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限: 自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介: 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>);

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称: 东莞市横沥医院

地址: 东莞市横沥天桥路205号

联系方式: 0769-83371826

2.采购代理机构信息

名称: 广东政通招标有限公司

地址: 广东省东莞市南城街道广东省东莞市南城街道鸿福路199号410、411室

联系方式: 0769-22881803

3.项目联系方式

项目联系人: 杨俊平

电话: 0769-22881803

4.技术支持联系方式

云平台联系方式: 020-88696588

开标评标服务专线: 020-88696599

采购代理机构: 广东政通招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

东莞市横沥医院医疗设备采购项目

采购包1（等离子双极电切电凝系统）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。
标的提供的地点	东莞市横沥医院或采购人指定地点。
付款方式	第1期为(进度款)：支付比例30%，中标人将货物运送至采购人指定地方并完成安装调试，采购人收到中标人等额合格发票、合同、安装调试报告及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%。 第2期为(尾款)：支付比例70%，完成货物安装调试后，30日内，经采购人最终验收合格后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后60日内支付合同总金额的70%。
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
履约保证金	不收取
	1，报价要求：1.1投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。1.2验收及相关费用由投标人负责。 2，供货服务要求：2.1质保期不少于一年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。2.2、免费送货及安装调试，中标人须协助采购人办理设备相关使用证件。2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求

其他

。必要时委派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 2.7、培训： 2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同样档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。 2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。 2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

3，交货要求： 3.1提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.2特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

4，售后服务要求： 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。

	<p>5, 备件、专用工具和出厂日期等: 5.1、备件 5.1.1、如有备件, 中标人应随机向采购人(需要时)提供一套标准备件包, 并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行, 中标人应在中国境内设置备件库, 存入所有必须的备件, 并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具: 如有专用工具, 中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备, 如为库存设备, 采购人有权拒绝签收。</p>
--	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他医疗设备	等离子双极电切电凝系统	项	1.00	197,000.00	197,000.00	工业	详见附件一

附表一：等离子双极电切电凝系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<div>一、项目清单</div>

		序号	设备名称	数量	单位	技术参数	
1		1	△等离子双极电切电凝系统	1	套	<p>1、主机</p> <p>1.1、▲具备接口能对接鼓膜打孔操作作用的等离子消融电极，能针对分泌性难治性中耳炎或其他中耳炎伴有鼓膜增厚、粘连的情况进行手术治疗。</p> <p>1.2、▲具有等离子双极电切和电凝的手术功能。适用于耳鼻喉科手术中对人体软组织做切割、凝血。</p> <p>1.3、额定输出频率375kHz±10%，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W，凝血模式下额定负载100Ω±10Ω，最大输出功率80 W±16 W。</p> <p>1.4、工作状态显示：多界面可同时显示包含但不限于动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字等数据。</p> <p>1.5、具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，无需手调，并可增减与显示。</p> <p>1.5.1、▲具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕提示显示“过载”或“over current”字样。</p> <p>1.5.2、▲具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。</p> <p>1.5.3具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。</p> <p>2、双踏板脚踏开关：双踏板带吸引控制。</p> <p>3、流体控制器：用于配合出水电极，控制电极水流起停吸附同步完成。</p> <p>4、专用双极电极/消融电极（勾状电极）：具有包含但不限于盐水下气化、消融、凝血、吸引组织等功能。</p> <p>5、▲一次性等离子消融手术电极：具有多种手术配套用的消融电极可选择，包含但不限于勾状、双环状、马蹄状、杆状、电极钳等。</p> <p>6、配置</p> <p>6.1、主机 1台</p> <p>6.2、双踏板脚踏开关 1套</p> <p>6.3、流体控制器 1套</p>	
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> <p>7.▲质保期要求：整机原厂质保≥2年</p>						

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。
标的提供的地点	东莞市横沥医院或采购人指定地点。
付款方式	第1期为(进度款)：支付比例30%，中标人将货物运送至采购人指定地方并完成安装调试，采购人收到中标人等额合格发票、合同、安装调试报告及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%。 第2期为(尾款)：支付比例70%，完成货物安装调试后，30日内，经采购人最终验收合格后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后60日内支付合同总金额的70%。
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
履约保证金	不收取
	1，报价要求：1.1投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。1.2验收及相关费用由投标人负责。 2，供货服务要求：2.1质保期不少于一年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。2.2、免费送货及安装调试，中标人须协助采购人办理设备相关使用证件。2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时派技术人员参与装修现场技术指导。2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。2.7、培训：2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数

其他

), 保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求, 向采购人提供维修技术人员培训(不限次数), 费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训: 根据设备管理、技术要求, 向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训(次数不限), 费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育: 提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台, 并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。 2.8、对采购人的服务通知, 中标人在接报后1小时内响应, 4小时内到达现场, 24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决, 中标人须免费提供同样档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题: 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印, 结果需要仪器和程序进行双向传输, 数据共享, 避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备, 须无条件向采购人开放端口, 端口必须支持现软件系统国家标准接口规范, 本条要求作为项目验收的条件之一。 2.9.3凡设置了权限的产品, 必须免费向采购人提供密码。 2.10、以上为基本要求, 投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

3, 交货要求: 3.1提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。 3.2特别要求: 交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护采购人合法权益, 投标人要承担商品价值双倍的赔偿;同时, 依据现行的国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品制造商的责任。

4, 售后服务要求: 4.1、提供技术资料、中文操作手册。 4.2、设备安装、调试: 设备到货后, 厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务, 并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员, 提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应, 4小时内到达现场, 24小时内处理完毕。“假日无休”, 保证所有服务的及时处理。 4.5、保修期内服务: 每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动(包括电话和实地回访)。内容包括设备维护, 指导设备的使用和保养、操作使用, 解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务: 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务, 在保修期外只收取实际发生的维修材料费, 不额外收取人工费和差旅费, 在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后, 即给予答复, 并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线, 最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通, 了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级: 依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。

5, 备件、专用工具和出厂日期等: 5.1、备件 5.1.1、如有备件, 中标人应随机向采购人(需要时)提供一套标准备件包, 并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行, 中标人应在中国境内设置备件库, 存入所有必须的备件, 并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具: 如有专用工具, 中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内

的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他医疗设备	手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器	项	1.00	227,600.00	227,600.00	工业	详见附表一

附表一：手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
		一、项目清单			
		序号	设备名称	数量	单位
		1	手术无影灯	2	台
		1、▲规格要求：单头，吊顶式。 2、LED 灯珠数：调焦≥80 颗 3、▲灯珠寿命： ≥50000h 4、灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 5、照度(Lux)： 10000-160000 6、单遮板（Lux）： ≥90000Lx 7、双遮板（Lux）： ≥65000Lx 8、色温（K）： 4000k-6000k可调 9、光斑直径（mm）： ≥180mm 10、辐照度（W/m²）： ≤550 11、调光系统： 1~100档调节 12、术者头部温升（℃）： ≤1 13、术野区域温升（℃）： ≤2 14、色彩还原指数(Ra)： 85≤Ra≤100 15、照明深度（mm）： ≥1000mm 16、电源电压： 100-220AV/50Hz 17、手术灯灯头防水防尘等级≥IP54 18、配置要求 18.1、灯头1个 18.2、调光手柄2个 18.3、平衡臂1根			

1	3	手术电 钻	5	把	<p>3、▲使用免消毒电池；</p> <p>4、电池电压$\geq 7.2V$；</p> <p>5、铝合金外壳；</p> <p>6、噪声$\leq 60dB$；</p> <p>7、温升$\leq 25^{\circ}C$；</p> <p>二、标准配置清单：</p> <p>1、主机 1件</p> <p>2、电池 2组</p> <p>3、充电器 1只</p> <p>4、消毒通道 1只</p> <p>5、钻夹头钥匙 1把</p> <p>6、包装箱 1只</p> <p>三、★质保要求：原厂质保≥ 2年</p>
					<p>1、振荡频率：1-13Hz可调,其中5-13Hz精度：1Hz；</p> <p>2、▲压力范围：0-5Kpa；</p> <p>3、振荡压力：1-10级可调，步长：1级；</p> <p>4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟；</p> <p>5、具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。</p> <p>6、咳嗽暂停手柄，患者可以在咳嗽排痰过程中轻松摇控仪器的暂停或继续运行；</p> <p>7、≥ 4.3寸高清中文显示器，实际值与设置值同步显示，简洁实用，导航式操作指引，多项安全提示，确保治疗效果；</p> <p>8、▲频率、压力和定时时间三个参数，每项对应2个独立的加/减调节按钮，无论运行或待机均可实时调节，无需组合按键，方便实际操作；</p> <p>9、▲排痰治疗模式：包含但不限于手动模式、自动模式和自定义模式</p> <p>10、采用高质量直流无刷电机脉冲发生器，精度高、噪音小、寿命长；</p> <p>11、倒V式胸部充气背心，在确保患者疗效时，避开腹部位置，充气背心由外套、内衬和充气内胆三部分组成，均可拆卸分离，备有可换洗的内衬，方便清洗消毒，利于感控，厂家长期提供附件的供应；</p> <p>12、仪器配置有多种尺寸的充气背心可选，也可选配单人用背心的相应型号，避免交叉感染；</p> <p>13、仪器配置有多种尺寸的充气胸带可选，特别适合于一些不方便穿戴背心的患者使用，也可选配单人用胸带的相应型号，避免交叉感染；</p> <p>14、双空气软管，采用高分子材料特殊工艺制作，耐寒耐</p>

			4	排痰仪	2	台	<p>热，装入时可自动锁定；</p> <p>15、仪器内置日历时钟功能，方便使用数据的跟踪；</p> <p>16、仪器内置数据统计功能，自动累计仪器在某一频率段、压力段使用的次数、通电时间、总使用次数等等，可以直接在仪器上查看，使用情况一目了然；</p> <p>17、配置大容量SD卡扩展存储，每一次治疗会以年月日时分索引建立档案存储到SD卡中，包括设置频率、压力、时间和实际治疗时间等数据，存储文件可直接在电脑中打开，方便日常治疗管理或科研项目的开展；</p> <p>18、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能</p> <p>19、仪器主机小巧，体积$\leq 350\text{mm} \times 240\text{mm} \times 240\text{mm}$，具有可折叠式提手，配置豪华台车，方便移动和收纳；</p> <p>20、配置清单</p> <p>20.1 主机 1台</p> <p>20.2 全胸充气背心（重复使用） 小号 1个</p> <p>20.3 全胸充气背心（重复使用） 中号 1个</p> <p>20.4 全胸充气背心（重复使用） 大号 1个</p> <p>20.5 半胸充气胸带（重复使用） 中号 1个</p> <p>20.6 手持开关 1个</p> <p>20.7 连接气管 4条</p> <p>20.8 电源线 1条</p> <p>20.9 合格证/保修卡 1份</p> <p>20.10 使用说明书 1份</p> <p>20.11 简易操作说明书1份</p> <p>20.13 台车 1台</p> <p>21、★质保要求：整机（包含但不限于各规格充气背心）原厂质保≥ 2年</p>
							<p>1、设备工作环境</p> <p>1.1、温度：10℃-40℃</p> <p>1.2、相对湿度：30%~75%</p> <p>2、设备外观尺寸</p> <p>2.1、尺寸：40×34×96cm（长、宽、高）$\pm 5\%$</p> <p>2.2、材质：可清洗的、高硬度、长寿命的ABS材质</p> <p>3、技术参数</p> <p>3.1、▲治疗通道：不少于三组输出通道，最少可同时治疗三个人</p> <p>3.2、治疗项目设置：中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。</p> <p>3.3、▲治疗处方：≥ 9个处方</p> <p>3.4、输出强度：> 18档，连续可调</p>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		6	神经肌肉刺激器	1	台	<p>3.5、开路报警，过电保护确保治疗安全。</p> <p>3.6、设备主机具备状态指示灯，不同状态不同颜色指示。</p> <p>3.7、程序调节：设备开启状态下，短时间按下对应功能键，能调节程序档位。</p> <p>3.8、电池续航时间：设备在充满电的情况下，连续工作时间≥ 20小时。</p> <p>3.9、脱落检测：当电极脱落或接触不良时，工作状态灯会显示黄色，并停止输出以保证安全。</p> <p>3.10、脱落检测灵敏度：当电极脱落时，设备系统应能在≤ 4秒内检测到电极脱落，以保证治疗质量及安全。</p> <p>4、设备配置清单</p> <p>4.1、神经肌肉刺激器（子机）12个</p> <p>4.2、专用移动台车1台</p> <p>4.3、电极片10片</p> <p>4.4、专用收纳包1个</p> <p>5、★质保要求：整机原厂质保≥ 2年。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>					

采购包3（心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。
标的提供的地点	东莞市横沥医院或采购人指定地点。
付款方式	<p>第1期为(进度款)：支付比例30%，中标人将货物运送至采购人指定地方并完成安装调试，采购人收到中标人等额合格发票、合同、安装调试报告及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%。</p> <p>第2期为(尾款)：支付比例70%，完成货物安装调试后，30日内，经采购人最终验收合格后，中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料，采购人收到请款资料后60日内支付合同总金额的70%。</p>
如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	

验收要求	<p>1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>1，报价要求：1.1投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。1.2验收及相关费用由投标人负责。</p> <p>2，供货服务要求：2.1质保期不少于一年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。2.2、免费送货及安装调试，中标人须协助采购人办理设备相关使用证件。2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时委派技术人员参与装修现场技术指导。2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。2.7、培训：2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同样档次的设备予采购人临时使用。2.9、关于软件系统接口问题：2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服</p>

	<p>务承诺计划。</p> <p>3，交货要求：3.1提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。3.2特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。</p> <p>4，售后服务要求：4.1、提供技术资料、中文操作手册。4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。4.6、保修期外服务：4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。</p> <p>5，备件、专用工具和出厂日期等：5.1、备件5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。</p>
--	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他医疗设备	心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪	项	1.00	205,800.00	205,800.00	工业	详见附件一

附表一：心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

一、项目清单

序号	设备名称	数量	单位	技术参数
				<p>一、工作条件：</p> <p>1.1、产品的电源插头符合中国标准，无需适配器</p> <p>1.2、电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作</p> <p>二、ECG输入</p> <p>2.1、▲共模抑制比：≥115dB</p> <p>2.2、导联选择：手动/自动可选，</p> <p>2.3、输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）</p> <p>2.4、频率响应：0.05-150Hz（-3db）</p> <p>2.5、定标电压：1mV±2%</p> <p>2.6、耐极化电压：±600mV</p> <p>2.7、内部噪声：≤12.5μVp-p</p> <p>2.8、时间常数：≥3.2 s</p> <p>2.9、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集</p> <p>2.10、输入电流：≤0.01μA</p> <p>2.11、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能</p> <p>2.12、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能</p> <p>2.13、中文输入及中文操作提示和中文报告语言</p> <p>三、波形处理：</p> <p>3.1、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能</p> <p>3.2、灵敏度选择：包含但不限于1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）</p> <p>3.3、抗干扰滤波：包含但不限于交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能</p> <p>3.4、自动分析功能：包含但不限于12导联同步自动分析及RR分析功能</p> <p>四、存储、显示、记录：</p> <p>4.1、设备内置存储器，存储病历≥790例</p> <p>4.2、≥7英寸彩色液晶显示屏</p> <p>4.3、12导联同步显示、采集、打印。</p> <p>4.4、显示内容应包含但不限于波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等</p> <p>4.5、热敏打印</p> <p>4.6、走纸速度：包含但不限于5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s</p> <p>4.7、记录内容：包含但不限于心电波形、分析结果、平均模</p>

					板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
			1	△心电图机	1台
			1		<p>4.8、可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电图波形和报告</p> <p>4.8、具备在无网格纸上打印网格功能</p> <p>五、其他功能</p> <p>5.1、▲具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率</p> <p>5.2、可准确判定接触不良的电极并予以指示</p> <p>5.3、拥有自动测量功能和自动诊断功能</p> <p>5.4、手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。</p> <p>5.5、自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输。</p> <p>5.6、支持包含但不限于实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告</p> <p>5.7、▲支持长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录</p> <p>5.8、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>5.9、可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量</p> <p>6、外部输入接口：</p> <p>6.1、USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口</p> <p>6.2、支持DAT、PDF格式，满足医院信息化需求</p> <p>7、电源：交直流两用，可自动转换</p> <p>7.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz</p> <p>7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥3.5小时</p> <p>8、配置清单</p> <p>8.1 十二道心电图机主机 1 台</p> <p>8.2 心电导联线 1套</p> <p>8.3 肢电极 1 盒（4只）</p> <p>8.4 胸电极 1 盒（6只）</p> <p>8.5 记录纸 1 本</p> <p>8.6 锂电池 1 个</p> <p>8.7 保险管 2 个</p> <p>8.8 电源线 1 根</p> <p>8.9 产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书，三证文件 各1 份</p>

					9★、质保要求：主机原厂质保≥3年
					<p>1、▲用途：用于控制静脉全精确自动注射，≥2通道注射</p> <p>2、▲注射模式：包含但不限于恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式；</p> <p>3、注射器识别及管理：可自动识别包含但不限于5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml注射器，内置≥20种品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器；</p> <p>4、注射速度设定范围：</p> <p>4.1、5ml注射器：0.10ml/h～60.00ml/h</p> <p>4.2、10ml注射器：0.10ml/h～300.00ml/h</p> <p>4.3、20ml 注射器:0.10ml/h～400.00ml/h</p> <p>4.4、30ml注射器：0.10ml/h～600.00ml/h</p> <p>4.5、50ml及60ml注射器：0.10ml/h～1200.00ml/h；</p> <p>5、时间设置：1秒～99小时59分钟59秒；</p> <p>6、注射过程参数修改：支持在运行过程中修改预置量、速度；</p> <p>7、注射流速精度：±2%(包括注射泵的机械精度±1%);</p> <p>8、预置量设定范围：0.10-9999.99ml及推空；</p> <p>9、累计量显示范围：0.00-9999.99ml;</p> <p>10、快排速度</p> <p>10.1、5ml注射器：30.00～60.00ml/h</p> <p>10.2、10ml注射器：150.00～300.00ml/h</p> <p>10.3、20ml 注射器:200.00～400.00ml/h;</p> <p>10.4、30ml 注射器：300.00～600.00ml/h</p> <p>10.5、50ml及60ml注射器：600.00～1200.00ml/h</p> <p>11、剂量速度范围：</p> <p>11.1、5ml注射器：0.10ml/h～60.00ml/h</p> <p>11.2、10ml注射器：0.10ml/h～300.00ml/h</p> <p>11.3、20ml 注射器:0.10ml/h～400.00ml/h</p> <p>11.4、30ml注射器：0.10ml/h～600.00ml/h</p> <p>11.5、50/60ml注射器：0.10ml/h～1200.00ml/h;</p> <p>12、KV0（保持静脉开放的最低流速）:0.10～5.00ml/h可 调；</p> <p>13、阻塞压力检测：20Kpa～150Kpa,灵敏度≥8档可调， 动态显示压力值；</p> <p>14、报警功能：包含但不限于注射完成、接近完成、注射将 空、注射器已排空、阻塞、注射器脱落、遗忘操作、参数错 误、注射器错误、电池电量低、电池丢失、电池耗尽、网电 源脱落、注射异常、启动注射失败、通讯错误、待机结束、 注射完成、KV0:</p>
	2	注射泵	2	台	

						<p>15、显示：≥5.0英寸TFT彩色液晶显示屏，显示屏亮度≥8档可调；</p> <p>16、录入方式：数字按键“0～9”录入；</p> <p>17、压力自动释放：具有阻塞后压力自动释放功能；</p> <p>18、交流电源：交流：100V～240V,50/60Hz;最大输出功率：50VA;</p> <p>19、内置电池：满电连续工作≥6小时(5ml/h);</p> <p>20、声音提示：标准医用报警声及按键声，具备静音功能，报警音量≥8档可调；</p> <p>21、配置清单</p> <p>21.1、注射泵主机1台</p> <p>21.2、电源线1根</p> <p>21.3、使用说明书1本</p> <p>21.4、快速操作指南1张</p> <p>21.5、保修卡1张</p> <p>21.6、合格证1张</p> <p>21.7、装箱清单1张</p> <p>22、★售后要求：整机原厂质保≥5年</p>
	1					<p>1、▲输液模式：包含但不限于毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式</p> <p>2、流速设定范围：1.0ml/h～1200ml/h</p> <p>3、流速增量：1.0-99.9ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增</p> <p>4、输液流速精度：≤±5%（标准输液器经校准后）</p> <p>5、预置量设定范围：0.1～9999.9ml</p> <p>6、累计量显示范围：0～9999.9ml</p> <p>7、时间设置：1分钟～99小时00分钟</p> <p>8、快排速度：600ml/h，并显示已快排量</p> <p>9、KVO流速（保持静脉开放的最低流速）：1.0ml/h～5ml/h，可调</p> <p>10、按键功能：全数字按键</p> <p>11、BOLUS（剂量）功能：具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定</p> <p>12、夜间功能：启动夜间模式，输液后5分钟内无操作，屏幕自动减低亮度</p> <p>13、阻塞压力检测：专用的上、下管路双压力传感器检测，检测范围：40KPa～130KPa，灵敏度10档可调，动态显示压力值变化情况</p> <p>14、气泡检测：超声波气泡检测，可检测≥50μl的气泡，50μl～300μl的气泡灵敏度分10档可调</p>

						<p>15、首重：按键首重和报警首重10档可调</p> <p>16、防电机反转功能：防电机反转装置，实时监测步进电机的运行方向，防止反向抽液</p> <p>17、输液器管理及校准：具有多品牌输液器输入、贮存功能，经校准后可任意选用</p> <p>18、机器自检功能：开机自检及输液过程中实时自检</p> <p>19、报警提示功能：包含但不限于以下：</p> <p>19.1、开门报警：运行中开启泵门时，触发此报警。</p> <p>19.2、阻塞报警：运行中管路末端阻塞时，触发此报警。</p> <p>19.3、暂停超时报警：开机状态，停止两分钟无操作时，触发此报警。</p> <p>19.4、完成报警：输液量达到预置输液量时，触发此报警。</p> <p>19.5、气泡报警：运行状态下，管路中出现气泡时，触发此报警。</p> <p>19.6、低温报警：能够识别低温环境下的使用风险</p> <p>19.7、电池电量低报警：当电池电量低时，触发此报警。</p> <p>19.8、接近完成报警：距离输液完成时间达到预设时间时，触发此报警。</p> <p>19.9、可恢复的报警消除报警音后2min内自动恢复报警音。</p> <p>20、显示器：≥3.2英寸</p> <p>21、交流电源：交流：100V~240V，50Hz/60Hz，最大功耗：25VA</p> <p>22、内置电池：充电锂电池，满电工作时间：≥10小时（速度≤25ml/h），实时检测电池电量并显示</p> <p>24、配置清单</p> <p>24.1、输液泵主机1台</p> <p>24.2、电源线1根</p> <p>24.3、使用说明书1本</p> <p>24.4、快速操作指南1张</p> <p>24.5、保修卡1张</p> <p>24.6、合格证1张</p> <p>24.7、装箱清单1张</p> <p>25、★售后要求：整机（含电池）原厂质保期≥5年</p>
		3	输液泵	6	台	<p>1、床垫宽度：≥83cm；床垫厚度：≥9cm；床垫重量：≤5KG；安全承重：≥300KG</p> <p>2、▲表层垫罩：具有防水、拨水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。</p> <p>3、整体符合人体工程学设计，适应患者体型，最大程度上减少接触面的压力。</p> <p>4、▲有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，睡眠更舒适，安全无噪音，可延长翻身时间至4小时，有效减轻临床护</p>

					理负担。
					5、受压最大的肩部及臀部下方采用凝胶材料，更为优异的安全承重保证。
					6、内部表层采用柔软的中反弹海绵材料，便于病人身体贴合，可通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流动通，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮。
					7、适应多种床体体位且最大程度上贴合床体，增加患者舒适度的同时提供压力重分布功能。
					8、不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，减低压疮发生率。
					9、翻身无噪音，对病房临床无影响。能提高睡眠质量，调节睡眠舒适度，可有效延长翻身时间、减少病人翻身次数。有效防水防污，便于临床维护清理。使用方没有专门清洗仪器，不要清洗海绵内胆。
					10、▲内部采用三种不同硬度聚氨酯海绵，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥。
					11、两侧加硬、中间软硬适中的设计工艺，端坐更加安稳、舒适，防止床边跌落意。
					12、▲内部采用硅胶材料。在人体受压最大的肩部及臀部下方位置采用叠加能产生的产生。硅胶材料，更具有优异的体压分散性能，减少剪切力，防治肌肉、骨骼、及皮肤表层之间压力性溃疡的产生。
					13、外罩多重缝合锁定，免提手设计。进口特殊材料缝合技术，可迅速清除水渍、尿渍、血液及粪便，无渗漏。
					14、外罩符合医用防水标准，可拆洗，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。
					15、外罩拉链部位特别添加防渗漏卷边缝合技术，有效防水、“防污”。
					16、整体床垫可卷成直径仅50-60CM的圆型，在转运或病房转用过程中。携带十分轻便。
					17、节能环保，无需充电，节省用电成本。
					18、配置清单
					18.1、海绵床垫*1张
					18.2、表层防泼水床罩*1张
					18.3、使用说明书*1份
					19、★售后要求：原厂质保≥3年
					1、作用：采用抽真空方式（密封消毒方式），高浓度的臭氧气体完全渗透到床单位（包括棉被、床垫、枕芯等床上用品）进行最深层消毒。
					2、机器可将消毒后残存的臭氧气体解析掉，防止臭氧泄漏而污染环境，不影响医护人员及同室人员。要求消毒整个流程

						<p>结束后，空气中臭氧残留≤0.01mg%³。（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）</p> <p>3、机器使用环境：温度-10℃～40℃，大气压86kPa～106kPa</p> <p>4、机器运行噪音：≤65dB</p> <p>5、▲臭氧浓度≥1000mg/m³；臭氧最低发生量≥3g/h；</p> <p>6、机器设置一键式工作系统，方便快捷。</p> <p>7、▲内置两套独立系统，双道输出，可同时对两套床单位进行消毒，提高工作效率；</p> <p>8、杀菌要求</p> <p>8.1、要求局部100级空气洁净实验（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）</p> <p>8.2、铜绿假单胞菌杀灭率为>3.00。（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）</p> <p>8.3、白色念珠菌杀灭率为>3.00。（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）</p> <p>8.4、金黄色葡萄球菌杀灭率为>3.00。（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）8.5、大肠杆菌自然菌杀灭率为>3.00。（提供省疾病预防控制中心检验报告证明材料原件备查）</p> <p>9、机身带有储物抽屉/柜，方便存放消毒用具。抽屉/柜尺寸：33cm长*27cm宽*14cm高（±1cm），能容纳多个消毒袋子；</p> <p>10、机器外壳领扎铁烤漆，防止起火烧毁机器。</p> <p>11、配置</p> <p>10.1、主机1台</p> <p>10.2、一次性消毒罩≥10个</p> <p>10.3、重复用消毒袋≥10个</p> <p>10.4、重复用消毒罩≥10个</p> <p>10.5、重复用消毒连接管路1套</p> <p>11、★售后要求：主机整机（含消毒管路）原厂质保期≥3年</p>
		5	床单位 臭氧消毒机	2	台	<p>1、▲数据须可直接兼容医院现有网络信息管理系统，或供应商提供分析工作站和接口改造后可达到数据兼容。</p> <p>2、▲支持≥24小时以上的长时间记录。</p> <p>3、多种记录时间间隔可供选择，包含但不限于5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调。</p> <p>4、▲测量方法：包含但不限于逐步释压震荡测量法。</p> <p>5、加压释压方式：自动加压、自动排气。</p> <p>6、支持过压保护：当袖带内压力>40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。</p>

		6	动态血压监测仪	2	台	<p>7、支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。</p> <p>8、支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。</p> <p>9、袖带气密性，1分钟内压力下降值<0.5kPa(4mmHg)。</p> <p>10、高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。</p> <p>11、精确的心率测量功能。40次/分~200次/分，误差不大于±3%。</p> <p>12、支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。</p> <p>13、彩色液晶显示信息：包含但不限于显示日期、时间、姓名、记录次数、电池电量、数据、趋势图等；测量过程中可实时显示收缩压、舒张压、脉搏等信息。</p> <p>14、电源：2节5号电池。</p> <p>15、储存介质：非易失性闪光存储器。</p> <p>16、具备实时时钟功能，能够显示当前时间。</p> <p>17、可测量房颤病人的血压数值。</p> <p>18、采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。</p> <p>19、配置清单：</p> <p>19.1、动态血压监测仪 1台</p> <p>19.2、动态血压监测仪背套 1个</p> <p>19.3、血压袖带 2个</p> <p>19.4、说明书 1本</p> <p>20、★质保要求：主机原厂质保≥2年</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>					

采购包4（转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后，中标人接到采购方送货通知后，30天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外】。
标的提供的地点	东莞市横沥医院或采购人指定地点。

付款方式	<p>第1期为(进度款): 支付比例30%, 中标人将货物运送至采购人指定地方并完成安装调试, 采购人收到中标人等额合格发票、合同、安装调试报告及采购人要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%。</p> <p>第2期为(尾款): 支付比例70%, 完成货物安装调试后, 30日内, 经采购人最终验收合格后, 中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料, 采购人收到请款资料后60日内支付合同总金额的70%。</p>
如项目发生合同融资, 采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	
验收要求	<p>1期: 按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时, 采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后, 应当出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。</p>
履约保证金	不收取
	<p>1, 报价要求: 1.1投标人的报价应包括: 设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。1.2验收及相关费用由投标人负责。</p> <p>2, 供货服务要求: 2.1质保期不少于一年 (用户单位使用验收合格之日起计算, 技术要求中有特殊要求的除外), 且终身维护。2.2、免费送货及安装调试, 中标人须协助采购人办理设备相关使用证件。 2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》(中文版)、《合格证》和装箱清单等基本资料。 2.4、在货物到达指定地点后, 中标人应在7天内派工程技术人员到达现场, 在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物, 组织安装、调试, 并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前, 其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担, 如因发生前述情形, 导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的, 中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。 2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时委派技术人员参与装修现场技术指导。 2.6、设备安装后, 中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时, 采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测, 费用由中标人承担。 2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。 2.6.2、中国境内有相应的维修机构, 并出具证明文件。 2.7、培训: 2.7.1、现场培训: 中标人应提供现场技术培训(不限次数), 保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求, 向采购人提供维修技术人员培训(不限次数), 费用由中标人承担。 2.7.2、集中培训: 根据设备管理、技术要求, 向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训 (次数不限), 费用由中标人承担。 2.7.3、网络教育: 提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台, 并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息</p>

其他	<p>。 2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同样档次的设备予采购人临时使用。 2.9、关于软件系统接口问题： 2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。 2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。</p> <p>3，交货要求： 3.1提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。 3.2特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。</p> <p>4，售后服务要求： 4.1、提供技术资料、中文操作手册。4.2、设备安装、调试：设备到货后，厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务，并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员，提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。4.5、保修期内服务：每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（包括电话和实地回访）。内容包括设备维护，指导设备的使用和保养、操作使用，解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务： 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务，在保修期外只收取实际发生的维修材料费，不额外收取人工费和差旅费，在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。</p> <p>5，备件、专用工具和出厂日期等： 5.1、备件 5.1.1、如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备；如为库存设备，采购人有权拒绝签收。</p>
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	△	其他医疗设备	转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪	项	1.00	227,110.00	227,110.00	工业	详见附件一

附表一：转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求							
		一、项目清单							
		序号	设备名称	数量	单位	技术参数			
		1	转运平车	3	台	1、规格参数 1.1、全长：≥1930mm，全宽：≥663mm。 1.2、▲床体重量≤73KG。 1.3、床体升降范围510-850mm。 1.4、背部升降0-70°。 2、材质结构 2.1、铝钢制床架，电镀粉体双层涂装。 2.2、安全承重≥152KG，只需一人操作即可转运病人。 2.3、床板为PP树脂材料一次注制成形，宽度≥550mm。 2.4、▲左右各一片PP树脂护栏，上有方便引流管通过的凹槽，必须一个开关即可控制整边护栏升降和水平放置。 2.5、专用转运床垫，阻燃、抗菌，防水、透气。垫子两边各有两个把手，床罩面料光滑易抽动转运。床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。 2.6、整床可耐高压水龙头冲洗，床体防腐蚀、防锈。 3、功能 3.1、床头配有可活动氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降，防止氧气管道被拉扯。 3.2、采用气动弹簧调节手柄控制背部升降。 3.3、采用曲柄摇把控制水平升降，手柄可折收。 3.4、有背部床板角度显示功能。 3.5、▲旋转式护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用。还可增加床面宽度，方便护士输液、量血压，并设有安全锁且一个开关就能操作护栏的水平固定功能。 3.6、采用树脂双面脚轮，其中有一个含碳导电脚轮，能起到			

						<p>接地作用，有效消除转运过程产生的静电。</p> <p>3.7、▲四个脚轮上均配跷跷板型中控刹车，刹车踏板配有红绿颜色标志，在任意脚轮一侧踩下不同颜色端都可同时控制四个轮子的万向转动或锁定。</p> <p>3.8、有中心第五轮系统。</p> <p>3.9、床体四角有四个输液架插孔，要求有输液架固定旋钮。</p> <p>3.10、床体两侧配有多功能钩挂。</p> <p>3.11、床体下方采用两段式托盘，可根据不同需要放置急救器具、输液架等。</p> <p>4、配置清单</p> <table><tr><td>4.1、转运床体</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.2、旋转式侧护板</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.3、转运床垫</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.4、输液架</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.5、氧气瓶搁架</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.6、杂物托盘</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.7、脚轮</td><td>1套</td></tr><tr><td>4.8、转运定向中心轮系统</td><td>1套</td></tr></table> <p>5、★质保要求：全机原厂全保≥3年</p>	4.1、转运床体	1套	4.2、旋转式侧护板	1套	4.3、转运床垫	1套	4.4、输液架	1套	4.5、氧气瓶搁架	1套	4.6、杂物托盘	1套	4.7、脚轮	1套	4.8、转运定向中心轮系统	1套
4.1、转运床体	1套																					
4.2、旋转式侧护板	1套																					
4.3、转运床垫	1套																					
4.4、输液架	1套																					
4.5、氧气瓶搁架	1套																					
4.6、杂物托盘	1套																					
4.7、脚轮	1套																					
4.8、转运定向中心轮系统	1套																					
		2	防辐射用具（一）	1	批	<p>一、技术要求</p> <p>1、外层面料为防水面料，防水指数静水压>20000，易于清洁，保养维护方便，如有污染使用中性清洁剂轻轻擦拭即可；</p> <p>2、内部X线防护材料为含铅材料，轻、薄、柔软且韧性好，分部均匀，且防护铅当量≥0.5mmPb。</p> <p>3、内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。防水指数>5000。</p> <p>4、采用优质魔术贴或系带，可调节，方便使用。</p> <p>5、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。</p> <p>6、外表颜色及绣字可根据客户要求定制。</p> <p>二、防辐射铅当量要求</p> <p>1、铅橡胶床单防护铅当量≥0.5mmPb）</p> <p>2、铅橡胶方巾防护铅当量≥0.5mmPb）</p> <p>3、铅橡胶颈套防护铅当量≥0.5mmPb）</p> <p>4、铅橡胶帽子防护铅当量≥0.5mmPb）</p> <p>三、尺寸要求</p> <p>1、铅床单：长度≥150cm，宽度≥60cm。</p> <p>2、铅方巾（短裙）：</p> <p>2.1、成人型540mm*570mm（±10mm）</p> <p>2.2、儿童400mm*420mm（±10mm）</p>																

						<p>2.2、儿童型400mm*420mm（±10mm）</p> <p>3、铅颈套：</p> <p>3.1、成人型590mm*50mm（±10mm）</p> <p>3.2、儿童型520mm*40mm（±10mm）。</p> <p>4、铅帽子：</p> <p>4.1、成人型650mm*100mm（±10mm）</p> <p>4.2、儿童型560mm*90mm（±10mm）。</p> <p>四、配置要求</p> <p>1、铅橡胶床单1套</p> <p>2、铅橡胶方巾4套（成人儿童款各2套）</p> <p>3、铅橡胶颈套4套（成人儿童款各2套）</p> <p>4、铅橡胶帽子4套（成人儿童款各2套）</p> <p>五、★质保要求：原厂全保≥5年</p>
						<p>一、整体要求</p> <p>1、外层面料为防水面料，防水指数静水压>20000易于清洁，保养维护方便，如有污染使用中性清洁剂轻轻擦拭即可；</p> <p>2、内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。防水指数>5000。</p> <p>3、采用优质魔术贴，可调节，方便使用。</p> <p>4、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。</p> <p>5、颜色、绣字可根据客户要求定制。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1、铅橡胶方巾（防辐射裙）</p> <p>1.1、内部X线防护材料为含铅材料，轻、薄、柔软且韧性好，分部均匀。</p> <p>1.2、尺寸</p> <p>1.2.1、成人型500mm*540mm（±10mm）</p> <p>1.2.2、儿童型400mm*420mm（±10mm）</p> <p>2、铅橡胶颈套</p> <p>2.1、内部X线防护材料为含铅材料，轻、薄、柔软且韧性好，分部均匀。</p> <p>2.2、尺寸</p> <p>2.2.1、成人型590mm*50mm（±10mm）</p> <p>2.2.2、儿童型520mm*40mm（±10mm）。</p> <p>3、铅橡胶帽子</p> <p>3.1、内部X线防护材料为含铅材料，轻、薄、柔软且韧性好，分部均匀。</p> <p>3.2、尺寸</p> <p>3.2.1、成人型650mm*100mm（±10mm）</p>

1	3	防辐射 用具（ 二）	1	批	<p>3.2.2、儿童型560mm*90mm（±10mm）。</p> <p>4、铅橡胶分体半袖铅衣+半体围裙</p> <p>4.1、内部X线防护材料为含铅材料，轻、薄、柔软且韧性好，分部均匀。</p> <p>4.2、尺寸：</p> <p>4.2.1、半袖铅衣：</p> <p>4.2.1.1、大号650mm*560mm（±10mm）</p> <p>4.2.1.2、中号630mm*530mm（±10mm）</p> <p>4.2.1.3、小号610mm*500mm（±10mm）</p> <p>4.2.2、半体围裙：</p> <p>4.2.2.1、大号510mm*690mm*590mm（±10mm）</p> <p>4.2.2.2、中号480mm*670mm*570mm（±10mm）</p> <p>4.2.2.3、小号440mm*640mm*550mm（±10mm）</p> <p>5、铅防护眼镜</p> <p>5.1、护边型，X线防护材料为含铅玻璃，具有透光好，无杂质、无气泡。</p> <p>5.2、可根据要求，定制度数。保养维护方便，使用中性清洁剂轻轻擦拭即可。</p> <p>6、介入防护手套</p> <p>6.1、分指型</p> <p>6.2、分指设计，方便操作，有不同的尺码可供选择。</p> <p>7、防辐射铅当量要求</p> <p>7.1、铅橡胶方巾（防辐射裙）≥0.5mmPb</p> <p>7.2、铅橡胶颈套≥0.5mmPb</p> <p>7.3、铅橡胶帽子≥0.5mmPb</p> <p>7.4、铅橡胶分体半袖铅衣+半体围裙≥0.5mmPb</p> <p>7.6、铅防护眼镜≥0.5mmPb</p> <p>7.7、介入防护手套≥0.025mmPb</p> <p>三、配置要求：</p> <p>1、患者使用</p> <p>1.1、铅橡胶方巾（防辐射裙）2套（成人儿童款各1套）</p> <p>1.2、铅橡胶颈套2套（成人儿童款各1套）</p> <p>1.3、铅橡胶帽子2套（成人儿童款各1套）</p> <p>2、医护使用</p> <p>2.1、铅橡胶分体半袖铅衣+半体围裙3套（成人款大中小号各1套）</p> <p>2.2、铅橡胶颈套3套（成人款）</p> <p>2.3、铅橡胶帽子3套（成人款）</p> <p>2.4、铅防护眼镜3套（成人款）</p> <p>2.5、介入防护手套3套（成人款）</p> <p>四、★质保要求：原厂全保≥5年</p>

						<p>一、技术参数:</p> <p>1、患者电动牙科椅</p> <p>1.1、电脑记忆全电动牙科椅，可预置常用椅位和急救位，承载力$\geq 135\text{kg}$；椅身升降速度为 18mm/s，升降行程应$\geq 300\text{mm}$（最低 380mm，最高 850mm）；</p> <p>1.2、靠背倾转角度范围：立位垂直后仰 $25^{\circ}\pm 5^{\circ}$、水平卧位向上 $10^{\circ}\pm 5^{\circ}$；</p> <p>1.3、安全保护，机椅互锁、遇障碍急停；</p> <p>1.4、▲患者电动椅靠背为金属靠背，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗位置；</p> <p>1.5、头枕配置伸缩式双关节头枕，牙科椅为双活动扶手设计；</p> <p>1.6、患者电动牙科椅为水电气一体开关，方便操作及维护保养；</p> <p>1.7、多位置调节牙椅活动扶手，方便不同患者体位上下。</p> <p>2、口腔灯</p> <p>2.1、感应式三轴 LED 口腔灯，开关亮度感应可调。光斑在相距灯面 800mm 处，照度调节范围为 $8000\text{Lux}\sim 15000\text{Lux}$；</p> <p>2.2、口腔灯转动范围$\geq 270^{\circ}$；</p> <p>2.3、辐射热：$\leq 200\text{W/m}^2$（最大照度时），色彩显色指数：$\geq 85\text{Ra}$。</p> <p>3、器械盘</p> <p>3.1、▲下悬式器械盘设计，方便左右手医生操作。转动角度：$\geq 270^{\circ}$；</p> <p>3.2、上下移动范围：$\geq 440\text{mm}$；盘面偏斜度$\leq 3^{\circ}$锁紧装置承载质量：$\leq 2.5\text{Kg}$；</p> <p>3.3、▲治疗机及电动牙椅所有程序及功能都能在器械盘显示屏上显示工作状态；感应式触摸控制面板，操作简单，支持多样化的临床器械选择,数字精准显示手机工作气压；一键切换观片灯，一屏两用；机椅联动互锁，医患安全智能化；</p> <p>3.4、器械盘设置5个器械位，预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展；</p> <p>3.5、▲器械盘挂架可以$\leq 90^{\circ}$整体移动，不使用器械是可以隐藏在器械盘下；</p> <p>3.6、▲储水瓶设计可以自来水与纯净水转换。储水瓶随着器械盘移动而移动。不需在治疗机箱拆卸清洗储水瓶；</p> <p>3.7、器械盘配置硅胶垫方便清洗打扫；</p> <p>3.8、产品功能强大并预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。</p> <p>4、助手架器械位：</p>
			4	△牙科治疗椅	3	台

					<p>4.1、四个助手位器械搁架，助手位器械搁架台配置助手操作电动按键控制电动牙椅工作状态，同时反映到器械盘显示屏；</p> <p>4.2、弱吸唾器（水压为 200 kPa）真空度$\geq 10\text{kPa}$；抽水速率$\geq 0.4\text{L/min}$；</p> <p>4.3、强吸唾器（气压为 400 kPa）真空度$\geq 10\text{kPa}$ 抽水速率$\geq 1\text{L/min}$；</p> <p>4.4、三用枪配置 1 支。</p> <p>5、痰盂及治疗机箱体：</p> <p>5.1、治疗机痰盂可$\pm 90^\circ$旋转，方便患者吐痰；</p> <p>5.2、治疗机箱体可以$\pm 45^\circ$旋转，方便四手操作及种植手术治疗。</p> <p>6、脚踏开关：多功能组合式脚踏开关 启动力：$\geq 10\text{N}$ 且$\leq 30\text{N}$；进液防护：IPX1。</p> <p>7、热水器</p> <p>7.1、防干烧热水器；</p> <p>7.2、恒定水温：$40^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 7.可选择内置地箱。</p> <p>8、额定电源：a.c.220V 50Hz，单相三芯，网电源供电：</p> <p>8.1、额定功率：350 VA；</p> <p>8.2、水过滤孔径：$\leq 90\mu\text{m}$ 气过滤孔径：$\leq 25\mu\text{m}$；</p> <p>8.3、水气电一体式开关：方便医护开关启牙椅；</p> <p>9、★质保要求：整机原厂质保≥ 3年</p>
					<p>一、功能特点：</p> <p>1、触摸型牙根管长度测定仪；</p> <p>2、▲采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准$>98\%$；</p> <p>3、彩色大触摸液晶屏，察看清晰，点触精准，反应灵敏；</p> <p>4、开机自检，根测线连接效果智能检测，根尖参考位置、屏幕明暗度、进度提示音可调；</p> <p>5、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染；</p> <p>6、大容量可充电的锂离子，超8分钟不用自动关机，每次充电3-4小时。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、充电器:输入电压AC100-240V 50/60Hz ，输出电压 D C5V 1A；</p> <p>2、防电击程度分类:B型；</p> <p>3、防电击类型分类:II类（适配器）；</p> <p>4、运行模式:短时运行；</p> <p>5、触摸屏类型≥ 3.5寸彩色显示屏，显示区73.4mmX48.9mm（$\pm 0.5\text{mm}$）；</p>

		5	分根管 长度测 量仪	2	台	6、电池:可充电锂离子电池。 三、配置清单: 1、主机: 1个 2、充电器: 1个 3、钳夹: 2个 4、测试棒: 1个 5、根测线: 1条 6、唇勾: 4个 7、说明书: 1本 8、保修卡: 1张 9、合格证: 1张 四、★质保要求: 整机原厂质保≥3年
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。					

采购包5（床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后, 中标人接到采购方送货通知后, 30 天内完成安装调试。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期, 技术要求中有特殊要求的除外】。
标的提供的地点	东莞市横沥医院或采购人指定地点。
付款方式	第 1 期为(进度款): 支付比例 30% , 中标人将货物运送至采购人指定地方并完成安装调试, 采购人收到中标人等额合格发票、合同、安装调试报告及采购人要求的其他资料后 15 个工作日内支付合同总金额的 30% 。 第 2 期为(尾款): 支付比例 70% , 完成货物安装调试后, 30 日内, 经采购人最终验收合格后, 中标人向采购人提供等额合格发票、合同、最终验收报告及采购人要求的其他资料, 采购人收到请款资料后 60 日内支付合同总金额的 70% 。 。
如项目发生合同融资, 采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。	

验收要求	<p>1期：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。</p>
履约保证金	不收取
其他	<p>1，报价要求：1.1投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。1.2验收及相关费用由投标人负责。</p> <p>2，供货服务要求：2.1质保期不少于一年（用户单位使用验收合格之日起计算，技术要求中有特殊要求的除外），且终身维护。2.2、免费送货及安装调试，中标人须协助采购人办理设备相关使用证件。2.3、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。2.4、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。货物在经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所供应的货物不能通过采购人验收的，中标人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货。2.5、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。2.6、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。2.6.1、在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。2.6.2、中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。2.7、培训：2.7.1、现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。2.7.2、集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。2.7.3、网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。2.8、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同样档次的设备予采购人临时使用。2.9、关于软件系统接口问题：2.9.1、需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。2.9.2、本项目所有需要与计算机连接设备，须无条件向采购人开放端口，端口必须支持现软件系统国家标准接口规范，本条要求作为项目验收的条件之一。2.9.3凡设置了权限的产品，必须免费向采购人提供密码。2.10、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。</p>

	<p>3, 交货要求: 3.1提供制造商完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册等。 3.2特别要求: 交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书, 同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护采购人合法权益, 投标人要承担商品价值双倍的赔偿; 同时, 依据现行的国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品制造商的责任。</p> <p>4, 售后服务要求: 4.1、提供技术资料、中文操作手册。4.2、设备安装、调试: 设备到货后, 厂家专业维修工程师免费在最终用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务, 并对维修工程师进行维护、维修培训。并承担所需相应费用。 4.3、有专门的售后服务人员, 提供3年以上备品备件。零部件保障供应时间。 4.4、产品出现故障时1小时内响应, 4小时内到达现场, 24小时内处理完毕。“假日无休”, 保证所有服务的及时处理。4.5、保修期内服务: 每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动(包括电话和实地回访)。内容包括设备维护, 指导设备的使用和保养、操作使用, 解决设备出现的简单故障。 4.6、保修期外服务: 4.6.1、技术公司为设备提供终身维修和保养服务, 在保修期外只收取实际发生的维修材料费, 不额外收取人工费和差旅费, 在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后, 即给予答复, 并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。 4.6.2、设有专业技术服务热线, 最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通, 了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。 4.6.3、软件升级: 依据实际情况提供不同形式的软件免费升级服务。</p> <p>5, 备件、专用工具和出厂日期等: 5.1、备件 5.1.1、如有备件, 中标人应随机向采购人(需要时)提供一套标准备件包, 并列出清单及单价。 5.1.2、为保证设备正常运行, 中标人应在中国境内设置备件库, 存入所有必须的备件, 并保证10年以上的供应期。 5.2、专用工具: 如有专用工具, 中标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。 5.3、供货设备为距合同签订之日一年内的设备; 如为库存设备, 采购人有权拒绝签收。</p>
--	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1	△	其他医疗设备	床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床	项	1.00	225,500.00	225,500.00	工业	详见附件一

附表一：床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
		一、项目清单			
		序号	设备名称	数量	单位
		1	床头柜	161	个
					1、抗冲击力、抗压力，整体造型美观，实用性强。 2、▲采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型。 3、台面为ABS注塑工艺成型，隐藏式杂物托盘；侧边床头柜设有伸缩式毛巾支架； 4、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽。 5、配置一个抽屉推拉抽屉，可放置日常杂物； 6、配置一个小柜，小柜内部有可调节隔板，增大使用面积，柜内可放置饮用水热水瓶。 7、配置4只静音轮，方便日常移动。 8、承载≥75kg 9、尺寸480*480*760mm（±10mm）；柜体整体色调包含但不限于蓝色可选。 10、配置清单： 10.1、台面1套 10.2、底板1套 10.3、背板1套 10.4、侧板2套 10.5、毛巾支架2个 10.6、中间隔层板1套 10.7、柜门1套 10.8、抽屉1个 10.9、抽拉板1套 10.10、静音轮子4只
					一、技术要求 1、整体规格：1980*980*480mm（±10mm，含护栏） 2、床板调节：背部调节0°-75°±5°，腿部调节0°-45°±5° 3、承重：床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 4、▲床母采用30×60×1.5mm（±0.1mm）矩型碳素

						<p>钢管焊接；</p> <p>5、床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受$\geq 1500\text{N}$压力不变形；床面板采用$\geq 1.2\text{mm}$优质冷轧钢材，一次冲压成型，每段面板两边自带加强筋，两头用ABS工程塑料封边，每段承重$\geq 80\text{KG}$，≥ 10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；整床焊接精度高、强度高。</p> <p>6、金属床板和床架表面处理：抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈处理，采用抗菌粉末，能更好的保护患者的身体健康。</p> <p>7、▲床头尾板弧线形设计,内置防撞轮，防撞轮直径$\geq 84\text{mm}$, 高$\geq 45\text{mm}$.床头尾板高$510\text{mm} \pm 5\text{ mm}$,宽$1000\text{ mm} \pm 5\text{mm}$，底端厚$65\text{ mm}$，上面厚$40\text{ mm}$，采用PP材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板总重量$\geq 7\text{kg}$。</p> <p>8、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用精钢制成，双重保护，防滑丝，安全、耐磨、省力、无噪音。</p> <p>9、▲采用航空铝材制作而成；上、下横撑为$23 \times 23 \times 1.5\text{mm}$“D”型管；立柱为$\phi 13\text{mm}$圆管，共有23支组成，之间距离$\geq 60\text{mm}$；两侧为ABS工程塑料注塑的流线型边框封装；全长约1780mm，高约415mm，轻巧美观，坚固耐用；护栏下侧设计有开关键，收缩时平齐床垫，可防止床垫移位，操作简便，使用方便。</p> <p>10、豪华脚轮，内有ABS防震安装结构，具有开关功能，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。</p> <p>10、≥ 6个点滴架插座，孔径$\geq 20\text{mm}$，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配4个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。</p> <p>11、不锈钢二段式输液架，直径$\geq 19\text{mm}$，结实耐用，前端椭圆形缩口，紧密配合不晃动。</p> <p>12、病床整体色调：包含但不限于浅天蓝、果绿色、象牙白可供选择。</p> <p>二、配置要求：</p> <p>1、床体1张</p>	
			2	儿童病床	15	张	

						<p>2、ABS床头尾板1付</p> <p>3、铝合金护栏1付</p> <p>4、不锈钢输液架1支</p> <p>5、钢喷塑杂物架1个</p> <p>6、ABS病历卡1个</p> <p>7、引流钩4个</p> <p>8、静音脚轮4个</p> <p>9、配套床垫1张</p> <p>10、摇杆1套</p> <p>三、★质保要求：整机原厂全保≥3年</p>
					1	<p>一、技术要求</p> <p>1、整体规格：≥2150*980*500mm（含床头尾包角）</p> <p>2、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。</p> <p>3、床母采用≥30×60×1.5mm矩型碳素钢管焊接；整床焊接精度高、强度高、金属熔深大。</p> <p>4、背部床板采用双支撑卸力结构，≥835*32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格≥240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。</p> <p>5、床面板采用不小于1.2mm冷轧钢板，整体模压成型，四角平滑完整。</p> <p>6、金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：第一重涂层，通过电泳在金属管材内壁及表面以及焊缝焊孔均匀电泳上一层环氧树脂底漆；第二重涂层，静电粉末喷涂，树脂粉末通过高温固化在金属外表。涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬，更好的保护患者的身体健康，喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。</p> <p>7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。单支摇杆可独立承重≥700kg，安全、耐磨、轻便省力、无噪音。</p> <p>8、床板调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-80°±5°</p> <p>9、▲床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏水平横向受力≥550N不变形，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为全锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm，护栏采用加强型不锈钢立柱，直径≥Φ</p>

						<p>厚度$\geq 2.5\text{mm}$；护栏采用加强型不锈钢叉柱，且柱$\geq \varnothing 19 \times 1.2\text{mm}$；卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，厚度$\geq 3.5\text{mm}$；防夹手设计，可根据需要做升降调。</p> <p>10、▲脚轮采用中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水；内有ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，脚轮骨架重量$\geq 365\text{g}$。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构为T字型ABS材质，自带条纹增加摩擦力，内包4mm厚钢制刹车装置，安全性高，刹车强度高，方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。</p> <p>11、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，内置长$\geq 118\text{mm}$、直径$\geq 8\text{mm}$钢芯，摇手开关为耐磨材料；摇手柄长$\geq 90\text{mm}$，操作半径$\geq 180\text{mm}$；摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，便于护理操作，安全可靠。</p> <p>12、≥ 6个点滴架插座，孔径$\geq 19\text{mm}$，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配≥ 4个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。</p> <p>13、▲采用抗菌粉末涂料，对微生物包含但不限于大肠菌和金黄色葡萄球菌具有强力抗菌作用，抗菌率$\geq 99.5\%$。</p> <p>14、床垫规格与床配套，材质：$\geq 60\text{mm}$高密度海棉，$\geq 20\text{mm}$天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。</p> <p>15、床尾配备仪器架，方便放仪器设备，高度高于床尾挡板，收起时可放置在床尾内侧，不影响病床使用功能同时，节省空间。</p> <p>二、配置清单：</p> <p>1、主床体1张</p> <p>2、床头尾板 1付</p> <p>3、铝合金护栏 1付</p> <p>4、不锈钢输液架 1支</p> <p>5、钢喷塑杂物架 1个</p> <p>6、静音脚轮 4个</p> <p>7、仪器架 1个</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					8、配套床垫 1张 三、★质保要求：原厂全保≥3年
	4	△妇科 床	6	台	<p>1、规格要求：1300*550*850mm ±20mm</p> <p>2、床体框架采用≥32mm*1.2mm和≥25mm*1.0圆管不锈钢管经折弯、高频焊接而成。焊接牢固，表面光滑，易清洁，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。</p> <p>3、▲床板分三部分，坐板，背板和腿板，采用≥25*25*1.0mm厚度方管经激光切割，高频焊接，反复打磨抛光组成，焊接接牢固，表面光滑，易清洁，表面无缺陷。承重≥135KG，背板、腿板采用棘齿架可上下调节;手动调节背板上折≥45°；坐板有圆弧形排污口，排污口下方焊接有不锈钢排污漏斗。</p> <p>4、托腿架可上下升降，左右旋转，前后倾斜并可拆卸，腿托外包围人造皮革</p> <p>5、托腿架采用φ12的不锈钢筋加腿托组成。可根据患者上下调整高度，也可拆卸。</p> <p>6、床垫表面材质为优质医用人造皮革，颜色包含但不限于蓝色、粉色可选，内里包裹厚≥3cm高弹海绵，整体手感舒适，经久耐用，清洁保养容易。</p> <p>7、配置：</p> <p>7.1、床体1张</p> <p>7.2、床垫1张</p> <p>7.3、托腿架2套</p> <p>8、★质保期要求：原厂全保≥3年</p>
	5	人流室 手术床	4	张	<p>1、整体选用优质不锈钢板和圆管，经高频焊接而成，各显见面平整光亮，无明显影响外观质量的凹陷变形，并在床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。由优质钢材材质构成，结实耐用，超承重能力。</p> <p>2、▲床体两侧具备可升降床栏。</p> <p>3、规格要求：1300*550*850mm （±20mm）</p> <p>4、床体框架采用≥32mm*1.2mm和≥25mm*1.0圆管不锈钢管经折弯、高频焊接而成。焊接牢固，表面光滑，易清洁，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。</p> <p>5、▲床板分3部分，坐板、背板和腿板，采用≥25*25*1.0mm厚度方管经激光切割，高频焊接，反复打磨抛光组成，焊接牢固，表面光滑，易清洁，表面无缺陷。承重≥135KG，背板、腿板采用棘齿架可上下调节;手动调节背板上折≥45°；坐板有圆弧形排污口，排污口下方焊接有不锈钢排污漏斗。</p> <p>6、托腿架可上下升降，左右旋转，前后倾斜并可拆卸，且腿托外包裹人造皮革，颜色包含但不限于蓝色、粉</p>

						<p>色可选。</p> <p>7、托腿架采用φ12的不锈钢筋加腿托组成。可根据患者上下调整高度，也可拆卸。</p> <p>8、床垫表面材质为优质医用人造皮革，颜色包含但不限于蓝色、粉色可选，内里包裹厚≥3cm高弹海绵，整体手感舒适，经久耐用，清洁保养容易。</p> <p>9、配置：</p> <p>9.1、床体1张</p> <p>9.2、床垫1张</p> <p>9.3、托腿架2套</p> <p>10、★质保期要求：原厂全保≥3年</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>					

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东政通招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市横沥医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共5个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 采购包3：保证金人民币：0.00元整。 采购包4：保证金人民币：0.00元整。 采购包5：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式： 供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>

10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>采购包3： 3家</p> <p>采购包4： 3家</p> <p>采购包5： 3家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p> <p>采购包4： 1家</p> <p>采购包5： 1家</p>
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>采购包3： 3家</p> <p>采购包4： 3家</p> <p>采购包5： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中。每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目采购包(1、2、3、4、5)的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。已获得采购包1的第一中标候选人资格的投标人，将不具有采购包(2、3、4、5)的候选人推荐资格且不能通过采购包(2、3、4、5)的符合性审查；采购包(2、3、4、5)从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标人为第一中标候选人，排名次高的投标人为第二中标候选人；已获得采购包2的第一中标候选人资格的投标人，将不具有采购包(3、4、5)的候选人推荐资格且不能通过采购包(3、4、5)的符合性审查；采购包(3、4、5)从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标人为第一中标候选人，排名次高的投标人为第二中标候选人；以此类推。</p>

15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。中标服务费最低收费标准为陆仟元整。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	60分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 采购包5：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购

代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用

工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东政通招标有限公司代收。具体操作要求详见广东政通招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东政通招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东政通招标有限公司，到账情况以开标时广东政通招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，

申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨俊平

电话：0769-22881803

传真：0769-22881803

邮箱：471539976@qq.com

地址：东莞市南城街道鸿福路199号（市民服务中心）411室

邮编：523000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(等离子双极电切电凝系统): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包4(转运平车、防辐射用具(一)、防辐射用具(二)、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包5(床头柜、儿童病床、医用病床(血透专用)、妇检床、人流室手术床): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东政通招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东政通招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

- 4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 4.5不同投标人的投标文件相互混装；
- 4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；
- 4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（等离子双极电切电凝系统）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包3（心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包4（转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包5（床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	3%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（等离子双极电切电凝系统）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特殊资质	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包2（手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特殊资质	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包3（心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特殊资质	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包4（转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特殊资质	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购。

采购包5（床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特殊资质	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购。

表二符合性审查表：

采购包1（等离子双极电切电凝系统）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书	已经盖章、签署，授权有效期。
3	投标文件内容、签署、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。
4	投标报价	投标人的投标报价无超出项目预算金额。
5	商务审查	商务条款满足招标文件要求。
6	技术审查	技术条款满足招标文件要求。
7	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
8	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包2（手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书	已经盖章、签署，授权有效期。
3	投标文件内容、签署、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。
4	投标报价	投标人的投标报价无超出项目预算金额。
5	商务审查	商务条款满足招标文件要求。
6	技术审查	技术条款满足招标文件要求。
7	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
8	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包3（心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书	已经盖章、签署，授权有效期。
3	投标文件内容、签署、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。
4	投标报价	投标人的投标报价无超出项目预算金额。
5	商务审查	商务条款满足招标文件要求。
6	技术审查	技术条款满足招标文件要求。
7	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
8	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包4（转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书	已经盖章、签署，授权有效期。
3	投标文件内容、签署、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。
4	投标报价	投标人的投标报价无超出项目预算金额。
5	商务审查	商务条款满足招标文件要求。
6	技术审查	技术条款满足招标文件要求。
7	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
8	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包5（床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及授权委托书	已经盖章、签署，授权有效期。
3	投标文件内容、签署、盖章	投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。
4	投标报价	投标人的投标报价无超出项目预算金额。
5	商务审查	商务条款满足招标文件要求。
6	技术审查	技术条款满足招标文件要求。
7	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
8	无效情形	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(等离子双极电切电凝系统):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分

技术部分	设备参数响应 (10.0分)	所投产品技术标准条款符合采购文件的规定及要求，满分为10分，每一项带“▲”条款不符合扣2分，扣完为止。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，不提供得0分）①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。
	产品性能、临床使用说明 (12.0分)	根据投标人提供的产品性能、临床使用说明及方案进行综合评审：产品性能、临床使用说明全面完善、详细、表述清晰，得12分；产品性能、临床使用说明较全面、较详细、表述较清晰，得8分；产品性能、临床使用说明一般具体、内容简单，得4分；产品性能、临床使用说明不具体、内容不清晰，得1分；未提供对应方案得0分。
	安装调试方案 (12.0分)	根据投标人提供的安装调试方案的内容完整性、可行性进行综合评审：安装调试方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分；安装调试方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分；安装调试方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分；安装调试方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分；未提供对应方案得0分。
	质量保证承诺方案 (12.0分)	根据投标人提供的质量保证承诺及质保期内的服务方案内容完整性、可行性进行综合评审：质量保证承诺及质保期内的服务方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分；未提供对应方案得0分。
	售后服务方案 (9.0分)	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量进行综合评审：售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量完善，采购人提出的维护要求响应快，出现紧急情况时的服务措施完善，得9分；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量较完善，采购人提出的维护要求响应较快，出现紧急情况时的服务措施较完善，得6分；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量一般，采购人提出的维护要求响应一般，出现紧急情况时的服务措施一般，得3分。售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量差，采购人提出的维护要求响应慢，出现紧急情况时的服务措施差，得1分。未提供对应方案得0分。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	投标人具有医疗设备采购项目业绩的，每提供一个得5分，满分为15分。注：须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2(手术无影灯、负极板回路垫、手术电钻、排痰仪、智能数码多功能治疗仪、神经肌肉刺激器):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 15.0分 技术部分 55.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	设备参数响应 (15.0分)	所投产品技术标准条款符合采购文件的规定及要求，满分为 15分 ，每一项带“▲”条款不符合扣 1分 ，扣完为止。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，不提供得 0分 ） ①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。 ②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。
	产品性能、临床使用说明 (12.0分)	根据投标人提供的产品性能、临床使用说明及方案进行综合评审：产品性能、临床使用说明全面完善、详细、表述清晰，得 12分 ；产品性能、临床使用说明较全面、较详细、表述较清晰，得 8分 ；产品性能、临床使用说明一般具体、内容简单，得 4分 ；产品性能、临床使用说明不具体、内容不清晰，得 1分 ；未提供对应方案得 0分 。
	安装调试方案 (12.0分)	根据投标人提供的安装调试方案的内容完整性、可行性进行综合评审：安装调试方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得 12分 ；安装调试方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得 8分 ；安装调试方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得 4分 ；安装调试方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得 1分 ；未提供对应方案得 0分 。
	质量保证承诺方案 (8.0分)	根据投标人提供的质量保证承诺及质保期内的服务方案内容完整性、可行性进行综合评审：质量保证承诺及质保期内的服务方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得 8分 ；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得 5分 ；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得 3分 ；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得 1分 ；未提供对应方案得 0分 。
	售后服务方案 (8.0分)	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量进行综合评审：售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量完善，采购人提出的维护要求响应快，出现紧急情况时的服务措施完善，得 8分 ；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量较完善，采购人提出的维护要求响应较快，出现紧急情况时的服务措施较完善，得 5分 ；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量一般，采购人提出的维护要求响应一般，出现紧急情况时的服务措施一般，得 3分 。售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量差，采购人提出的维护要求响应慢，出现紧急情况时的服务措施差，得 1分 。未提供对应方案得 0分 。

商务部分	项目业绩 (15.0分)	投标人具有医疗设备采购项目业绩的，每提供一个得5分，满分为15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包3(心电图机、注射泵、输液泵、防褥疮静态床垫、床单位臭氧消毒机、动态血压监测仪):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分	
技术部分	设备参数响应 (15.0分)	所投产品技术标准条款符合采购文件的规定及要求，满分为15分，每一项带“▲”条款不符合扣1分，扣完为止。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，不提供得0分） ①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。 ②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。
	产品性能、临床使用说明 (12.0分)	根据投标人提供的产品性能、临床使用说明及方案进行综合评审：产品性能、临床使用说明全面完善、详细、表述清晰，得12分；产品性能、临床使用说明较全面、较详细、表述较清晰，得8分；产品性能、临床使用说明一般具体、内容简单，得4分；产品性能、临床使用说明不具体、内容不清晰，得1分；未提供对应方案得0分。
	安装调试方案 (12.0分)	根据投标人提供的安装调试方案的内容完整性、可行性进行综合评审：安装调试方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分；安装调试方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分；安装调试方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分；安装调试方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分；未提供对应方案得0分。
	质量保证承诺方案 (8.0分)	根据投标人提供的质量保证承诺及质保期内的服务方案内容完整性、可行性进行综合评审：质量保证承诺及质保期内的服务方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得8分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得5分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得3分；质量保证承诺及质保期内的服务方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分；未提供对应方案得0分。

	售后服务方案 (8.0分)	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量进行综合评审：售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量完善，采购人提出的维护要求响应快，出现紧急情况时的服务措施完善，得8分；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量较完善，采购人提出的维护要求响应较快，出现紧急情况时的服务措施较完善，得5分；售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量一般，采购人提出的维护要求响应一般，出现紧急情况时的服务措施一般，得3分。售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量差，采购人提出的维护要求响应慢，出现紧急情况时的服务措施差，得1分。未提供对应方案得0分。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	投标人具有医疗设备采购项目业绩的，每提供一个得5分，满分为15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包4(转运平车、防辐射用具（一）、防辐射用具（二）、牙科治疗椅、牙根管长度测量仪):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分	
技术部分	设备参数响应 (10.0分)	所投产品技术标准条款符合采购文件的规定及要求，满分为10分，每一项带“▲”条款不符合扣1分，扣完为止。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，不提供得0分）①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。
	产品性能、临床使用说明 (12.0分)	根据投标人提供的产品性能、临床使用说明及方案进行综合评审：产品性能、临床使用说明全面完善、详细、表述清晰，得12分；产品性能、临床使用说明较全面、较详细、表述较清晰，得8分；产品性能、临床使用说明一般具体、内容简单，得4分；产品性能、临床使用说明不具体、内容不清晰，得1分；未提供对应方案得0分。
	安装调试方案 (12.0分)	根据投标人提供的安装调试方案的内容完整性、可行性进行综合评审：安装调试方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分；安装调试方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分；安装调试方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分；安装调试方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分；未提供对应方案得0分。

	质量保证承诺方案 (12.0分)	根据投标人提供的质量保证承诺及质保期内的服务方案内容完整性、可行性进行综合评审： 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分； 未提供对应方案得0分。
	售后服务方案 (9.0分)	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量进行综合评审： 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量完善，采购人提出的维护要求响应快，出现紧急情况时的服务措施完善，得9分； 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量较完善，采购人提出的维护要求响应较快，出现紧急情况时的服务措施较完善，得6分； 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量一般，采购人提出的维护要求响应一般，出现紧急情况时的服务措施一般，得3分。 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量差，采购人提出的维护要求响应慢，出现紧急情况时的服务措施差，得1分。 未提供对应方案得0分。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	投标人具有医疗设备采购项目业绩的，每提供一个得5分，满分为15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包5(床头柜、儿童病床、医用病床（血透专用）、妇检床、人流室手术床):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分	
	设备参数响应 (10.0分)	所投产品技术标准条款符合采购文件的规定及要求，满分为10分，每一项带“▲”条款不符合扣1分，扣完为止。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，不提供得0分）①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。
	产品性能、临床使用说明 (12.0分)	根据投标人提供的产品性能、临床使用说明及方案进行综合评审： 产品性能、临床使用说明全面完善、详细、表述清晰，得12分； 产品性能、临床使用说明较全面、较详细、表述较清晰，得8分； 产品性能、临床使用说明一般具体、内容简单，得4分； 产品性能、临床使用说明不具体、内容不清晰，得1分； 未提供对应方案得0分。

技术部分	安装调试方案 (12.0分)	根据投标人提供的安装调试方案的内容完整性、可行性进行综合评审： 安装调试方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分；安装调试方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分； 安装调试方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分； 安装调试方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分； 未提供对应方案得0分。
	质量保证承诺方案 (12.0分)	根据投标人提供的质量保证承诺及质保期内的服务方案内容完整性、可行性进行综合评审： 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容非常详细、可行性高，非常利于项目整体实施，得12分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容较详细、可行性较高，利于项目整体实施，得8分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容一般、可行性一般，基本满足项目实施，得4分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案内容差、可行性低，不利于项目实施，得1分； 未提供对应方案得0分。
	售后服务方案 (9.0分)	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量进行综合评审： 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量完善，采购人提出的维护要求响应快，出现紧急情况时的服务措施完善，得9分； 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量较完善，采购人提出的维护要求响应较快，出现紧急情况时的服务措施较完善，得6分； 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量一般，采购人提出的维护要求响应一般，出现紧急情况时的服务措施一般，得3分。 售后服务方案、售后服务承诺、售后服务点技术力量差，采购人提出的维护要求响应慢，出现紧急情况时的服务措施差，得1分。 未提供对应方案得0分。
商务部分	项目业绩 (15.0分)	投标人具有医疗设备采购项目业绩的，每提供一个得5分，满分为15分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确

定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包4:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包5:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购 合同书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

乙方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

根据_____项目/采购包的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同金额

合同金额为(大写)：_____元(¥_____元)人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：接到甲方通知后30日内交货。

2.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

1期：支付比例30%,乙方将货物运送至甲方指定地方并完成安装调试，甲方收到乙方等额合格发票、合同、安装调试报告及甲方要求的其他资料后15个工作日内支付合同总金额的30%；

2期：支付比例70%,完成货物安装调试后，30日内，经甲方最终验收合格后，乙方向甲方提供等额合格发票、合同、最终验收报告及甲方要求的其他资料，甲方收到请款资料后60日内支付合同总金额的70%；

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为__年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分成全部转让其应履行的合同项下的义务。

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式__份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点:

签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开户标:

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：441900014-2025-00147

采购项目编号：441900014-2025-00147

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东政通招标有限公司

你方组织的“东莞市横沥医院医疗设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：441900014-2025-00147]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“东莞市横沥医院医疗设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东政通招标有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“东莞市横沥医院医疗设备采购项目”项目采购[采购项目编号为441900014-2025-00147]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：东莞市横沥医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，

____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东政通招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东莞市横沥医院医疗设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：**441900014-2025-00147**），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东政通招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东政通招标有限公司

我单位已登记并准备参与“东莞市横沥医院医疗设备采购项目”项目（采购项目编号：441900014-2025-00147）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日